

Pravilo odlučivanja

Izjava o usaglašenosti se, u zavisnosti od dobijenog rezultata ispitivanja i proračunate merne nesigurnosti, navodi u skladu sa sledećim pravilom odlučivanja:

	Opis	Izjava o usaglašenosti
Slučaj 1	Rezultat merenja sa proširenom mernom nesigurnošću je u propisanim graničnim vrednostima	Na osnovu rezultata ispitivanja uzorak je USAGLAŠEN sa zahtevima propisanim u odgovarajućem standardu, specifikaciji ...
Slučaj 2	Rezultat merenja je u propisanim granicama, a interval proširene merne nesigurnosti prelazi propisane granične vrednosti	Na osnovu rezultata ispitivanja uzorak je USAGLAŠEN sa zahtevima propisanim u odgovarajućem standardu, specifikaciji ... <u>Napomena:</u> usaglašenost se ne može potvrditi sa nivoom poverenja od 95% za proširenu mernu nesigurnost, za "određeni parameter", odnosno postoji verovatnoća da se rezultat nađe i izvan propisane granice.
Slučaj 3	Rezultat merenja je izvan propisanih granica, a interval proširene merne nesigurnosti obuhvata deo graničnih vrednosti	Na osnovu rezultata ispitivanja uzorak je NEUSAGLAŠEN sa zahtevima propisanim u odgovarajućem standardu, specifikaciji ... <u>Napomena:</u> neusaglašenost se ne može potvrditi sa nivoom poverenja od 95% za proširenu mernu nesigurnost, za "određeni parameter", odnosno postoji verovatnoća da se rezultat nađe i unutar propisane granice.
Slučaj 4	Rezultat merenja sa proširenom mernom nesigurnošću je izvan propisanih graničnih vrednosti	Na osnovu rezultata ispitivanja uzorak je NEUSAGLAŠEN sa zahtevima propisanim u odgovarajućem standardu, specifikaciji ...

